



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: *

專案編號: FN106W1405
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位: 法務部矯正署東成技能訓練所
行業別: *
樣品名稱: 自來水
樣品編號: 106W1405-01D
委託單位: 法務部矯正署東成技能訓練所
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 台東縣卑南鄉美農村班鳩一號

採樣時間: 2017/03/27 14:06
收樣時間: 2017/03/27 18:42
報告日期: 2017/04/13
報告編號: FN106W1405
聯絡人: 陳俊彰

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
	總菌落數	1	CFU/mL	NIEA E204.55B	100	
*	自由有效餘氯	0.33	mg/L	NIEA W408.51A	0.2~1.0	

以下空白

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、分析項目：總有機碳、鉛委由『中環科技事業股份有限公司』分析，報告編號為：ET063499。


聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN106W1405
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：法務部矯正署東成技能訓練所
行業別：*
樣品名稱：地下水
樣品編號：106W1405-02D
委託單位：法務部矯正署東成技能訓練所
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：台東縣卑南鄉美農村班鳩一號

採樣時間：2017/03/27 13:58
收樣時間：2017/03/27 18:42
報告日期：2017/04/13
報告編號：FN106W1405
聯絡人：陳俊彰

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	砷	0.0005	mg/L	NIEA W434.54B	0.01	
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
*	氨氮	0.08	mg/L	NIEA W448.51B	0.1	
*	化學需氧量(有機物)	ND	mg/L	NIEA W515.54A	*	MDL=4.37
☆	總有機碳	3.3	mg/L	NIEA W532.52C	*	
☆	鉛	<0.0005	mg/L	NIEA W313.53B	0.01	
	鎘	ND	mg/L	NIEA W311.53C	0.005	MDL=0.0003
	總鉻	ND	mg/L	NIEA W311.53C	0.05	MDL=0.001
*	總汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	0.002	MDL=0.00056

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、分析項目：總有機碳、鉛委由『中環科技事業股份有限公司』分析，報告編號為：ET063499。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

